

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8359 284 fax: 61 8324 773
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

62-028 Koziegłowy, ul. Gdynska 1
tel: 61 8359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 375P/11.05.2021-4/Z

Strona: 1

Stron: 2

Temat zlecenia/Cel zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Analiza wody do spożycia przez ludzi. Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym zakresie.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew	z dn. 15.01.2021

INFORMACJE OGÓLNE

Nr próbki	Identyfikacja próbek/Miejsce pobierania próbek	Stan próbki w chwili przyjęcia	Data pobierania próbek deklarowana przez klienta	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
21/15851/P	USKOM Kozuchów, Sokółów 21a	Bez uwag	10.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	21.05.2021

Identyfikacja metody pobierania próbek

Próbki zostały pobrane przez zleceniodawcę. Identyfikacja zgodnie z deklaracją klienta.

Próbki pobrał(a): Jarosław Blandzi

Metody badawcze oznaczone literą A posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone literą P posiadają zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-420/0-19(8)/20 z dnia 15.06.2020 r.

WYNIKI BADAŃ

Oznaczenie				Wyniki z niepewnością
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna	Nr próbki
				21/15851/P
Twardość ogólna (stężenie sumaryczne Ca i Mg) A P	PN-ISO 6059:1999	mg CaCO ₃ /l	Zalecany 60-500	280 ± 36
Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO ₄) A P	PN-EN ISO 8467:2001	mg/l	5,0	1,8 ± 0,6
Cyjanki ogólne A P	PN-EN ISO 14403-2:2012	mg/l	0,050	<0,005
Antymon A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,005	<0,0010
Arsen A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,010	<0,0010
Bor A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	1,0	<0,050
Chrom A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,050	<0,0010
Glin A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,200	<0,0050
Kadm A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,005	<0,00020
Magnez A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	Zalecany 7-125	11 ± 1
Miedź A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	2,0	<0,0030
Nikiel A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,020	<0,0020
Ołów A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,010	<0,0010
Rtęć A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,001	<0,00010
Selen A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,010	<0,0010
Sód A P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	200	12 ± 1
Srebro P	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	mg/l	0,010	<0,0010

Temat zlecenia/Cel zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Analiza wody do spożycia przez ludzi. Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym zakresie.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie ul. Fabryczna 5 63-300 Pleszew	z dn. 15.01.2021

Ogólny węgiel organiczny (OWO) A P	PN-EN 1484:1999	mg/l	Bez nieprawidłowych zmian	3,2 ± 0,3
Trichlorometan A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	30	<2,0
Bromodichlorometan A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	15	<2,0
Dibromochlorometan A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	-	<2,0
Tribromometan A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	-	<2,0
Suma THM (z obliczeń) A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	100	<2,0
Suma tri- i tetrachloroetenu (z obliczeń) A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	10	<0,50
Tetrachlorometan A	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	-	<0,50
1,2-Dichloroetan A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	3,0	<0,50
Benzen A P	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	1,0	<0,50
Aldryna A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
alfa-endosulfan A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
alfa-HCH A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
beta-HCH A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Dieldryna A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
Endryna A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Epoksyd heptachloru A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
gamma-HCH (Lindan) A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Heksachlorobenzen A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Heptachlor A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,030	<0,020
p, p' - DDE A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
p, p' - DDT A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,10	<0,020
Suma pestycydów (z obliczeń) A P	PN-EN ISO 6468:2002	µg/l	0,50	<0,020
Benzo(a)piren A P	PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018	µg/l	0,010	<0,003
Suma WWA (z obliczeń) A P	PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018	µg/l	0,10	<0,005

*** Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (DZ.U.2017 poz.2294) w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

- Uwagi:
1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
 2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badań.
 3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 4. Niepewność wyniku dla próbek dostarczonych przez klienta uwzględnia niepewność metody badawczej bez pobierania próbek i wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności 95% i k=2. Dla badań mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Złożoną niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej.

Koniec sprawozdania

Data sporządzenia sprawozdania: 24.05.2021

Autoryzował:

Jeżewicz Agnieszka - Specjalista chemik; Pracownia: Chemiczna - PCh